調達要求番号：

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
全自動身長体重計		GM－T１０７６４２B	
		作　成	平成２４年　８月２８日
		変　更	平成２６年　９月１９日
		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の身長体重計について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

表1－種類

物品番号	種類
――――――――――	体組成計付
６６７０－２８７－１７９８－５	ＢＭＩ機能付

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　全自動身長体重計，体組成計付

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

計量法（平成４年５月２０日法律第５１号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　構成

構成は，調達品目表による。

3.3　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ　Ｚ　８０１１による１種銘板を表示する。

b)　１種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

5.1　包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2　包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・予備品

a)　附属品及び予備品は，製造者の規定する仕様及び社内規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

b)　特別附属品は，調達品目表によって指定する。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a)　取扱説明書（日本語版）　　１部

b)　附属品明細表（様式適宜）　　１部

c)　納入品カタログ　　１部

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

6.3　仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義が生じた場合は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達品目表Ａ

調達要求番号		仕様書番号	ＧＭ－Ｔ１０７６４２Ｂ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２６年　９月１９日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
全自動身長体重計， 体組成計付	㈱タニタ　自動身長計付き体組成計　ＤＣ－２５０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　計量面に乗ると，身長，体重，体脂肪率及びＢＭＩ値を自動で測定し，測定結果をデジタル表示可能なものとする。

b)　測定結果をプリンタで印字可能なものとする。

c)　身長計の測定範囲は，１００　ｃｍから２００　ｃｍを標準とし，最小表示単位は０．１　ｃｍとする。

d)　体重計の秤量は，１５０　Ｋｇ以上とし，最小表示単位は０．１　Ｋｇとする。

e)　日本語による音声ガイド機能を有するものとする。

f)　内臓脂肪レベル，筋肉量，体水分量，基礎代謝量の表示機能を有するものとする。

g)　“計量法”に基づく検定付きはかりとし，検定証印を有するものとする。

h)　電源は，ＡＣ１００　Ｖ，５０／６０　Ｈｚとする。

3　特別附属品

名称	数量	規格等
プリンタ用紙	1	４巻

調達品目表Ｂ

調達要求番号		仕様書番号	ＧＭ－Ｔ１０７６４２Ｂ
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成２６年　９月１９日
物品番号等	６６７０－２８７－１７９８－５	作成部隊等名	補給統制本部　衛生部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]
全自動身長体重計， ＢＭＩ機能付	関西精機㈱ 　手すり付き全自動身長体重計　ＫＳ－５１０ＮＨＲ ㈱エー・アンド・デイ 　全自動身長体重計　　ＡＤ－６２２８ＡＰ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2　構成

名称	数量	規格等	
		関西精機㈱	㈱エー・アンド・デイ
本体	1	ＫＳ－５１０ＮＨＲ	ＡＤ－６２２８ＡＰ
プリンタ	1	ＣＴ－Ｓ２８０	本体に含む。

3　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　計量面に乗ると，身長，体重及びＢＭＩ値を自動で測定し，測定結果をデジタル表示可能なものとする。

b)　測定結果をプリンタで印字可能なものとする。

c)　身長計の測定範囲は，１００　ｃｍから２００　ｃｍを標準とし，最小表示単位は０．１　ｃｍとする。

d)　体重計の秤量は，１５０　Ｋｇ以上とし，最小表示単位は０．１　Ｋｇとする。

e)　体重を測定する場合に，取っ手又は手すりに手をついたまま測定できるものとする。

f)　“計量法”に基づく検定付きはかりとし，検定証印を有するものとする。

g)　電源は，ＡＣ１００　Ｖ，５０／６０　Ｈｚとする。

4　特別附属品

名称	数量	規格等	
		関西精機㈱	㈱エー・アンド・デイ
感熱式記録紙	1	サーマルロール紙　１０巻	プリンタ用紙５巻入　２箱